

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre HI96701-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de cloro libre compatibles que tienen un rango de 0.00 a 5.00 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un Certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro libre apropiado, de la serie 96 de fotómetros portátiles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1.00 \pm 0.01$  mg / L (ppm) de cloro libre a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L
Cantidad	1 juego